

Ośrodek Symetria Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna

Ul Partyzantów 21

Dotyczy Placówki położonej w Tychy ul. Żwakowska 15

Nip 638181 2398

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

[na sprzęt medyczny](#)

W związku z zakwalifikowaniem do projektu Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nr FENX.06.01-IP.03-001/23 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, przesyłam niniejsze zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach rozeznania rynku.

Wszystkie ewentualne nazwy własne użyte w opisie są podane przykładowo i służą jedynie przedstawieniu minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie równoważności parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Waga dla niemowląt

Nośność do 20 kg	Posiada	Odpowiedź/opis Informacja czy posiada daną wartość / cechę Tak / Nie
Waga wyposażona w wbudowaną podłomnicę	Posiada	Tak / Nie
Możliwość regulacji nóżek	Posiada	Tak / Nie
Możliwość zasilania bateryjnego	Posiada	Tak / Nie
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące	Tak / Nie

3. Termin realizacji zamówienia:

Czerwiec / Lipiec 2025r.

4. Podstawy wykluczenia:

Nie zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Współpraca oferenta z Rosją.

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Kompleksowa wycena obejmująca wszystkie koszty związane z dostarczeniem/wykonaniem przedmiotu zamówienia. Prosimy o podanie ceny jednostkowej brutto oraz terminu dostawy w dniach kalendarzowych na każdy oferowany sprzęt. Ofertę można złożyć na wszystkie lub na poszczególne sprzęty o podanych parametrach. Oferty na sprzęt o innych parametrach niż podane w opisie przedmiotu zamówienia będą odrzucane.

6. Termin związania z ofertą: 30 dni.

7. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dariusz Fuchs – kontakt e mail: symetria@interia.pl

1. Przedmiot zamówienia:

1. HOLTER CIŚNIENIOWY – 2 SZTUKI

2. HOLTER EKG-1 SZT

3. WAGA MEDYCZNA DLA NIEMOWIĄT -1 SZT

4. E – STETOSKOP – 1 SZT

2. Opis przedmiotu zamówienia

Holter Cisnieniowy – 2 sztuki – należy podać cenę za 1 sztukę brutto

Zakres pomiaru ciśnienia	Co najmniej 0-300 mm hg	Odpowiedź/opis Informacja czy posiada daną wartość / cechę Tak / Nie
Tryb pracy osoba dorosła / dziecko	Posiada Tak/Nie	Tak / Nie
Pomiar u dzieci	Co najmniej od 3go r życia	Tak / Nie
Mankiety dorosły / dziecko	Posiada Tak/Nie	Tak / Nie
Analiza błędów	Opis błędów w trakcie badania	Tak / Nie
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące	Tak / Nie
Oprogramowanie	Musi zawierać oprogramowanie do analizy wyników badań	Tak / Nie
Aparat wyposażony w mankiety i torbę	Duży mankiety dla osoby dorosłej oraz mankiety dla dziecka	Tak / Nie
Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe	Możliwość łatwego ładowania lub wymiany baterii	Tak / Nie

8. Załączniki:

Oświadczenie o braku współpracy z Rosją.

9. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający ocenia ofertę na każdy oferowany w niej sprzęt wg poniższych kryteriów:

A) Cena brutto - 90% możliwych do uzyskania punktów

Sposób wyliczania punktów za kryterium ceny:

C = Cmin/Cn x 90 pkt

Cmin – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów na dany sprzęt/zakres prac remontowych

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

B) Termin dostawy - 10% możliwych do uzyskania punktów

- za termin dostawy do 14 dni włącznie: 10 punktów

- za termin dostawy od 15 dni do 30 dni włącznie: 5 punktów

- za termin dostawy powyżej 30 dni: 0 punktów

C) Każda odpowiedź : „NIE” zawarta w tabeli z odpowiedziami obniża ocenę o 2 punkty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przy ocenie ceny i terminu dostawy danego rodzaju sprzętu.

Holter Ekg

Analiza ekg prospektywna i retrospektywna	Posiada	Odpowiedź/opis Informacja czy posiada daną wartość / cechę Tak / Nie
Czas rejestracji	Co najmniej 48 h	Tak / Nie
System analizy błędów urządzenia	Posiada	Tak / Nie
Oprogramowanie do analizy wyników	Musi zawierać oprogramowanie do analizy wyników badań	Tak / Nie
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące	Tak / Nie
Rozszerzona analiza HRV i ST Detekcja i analiza kardiostymulatorów Ocena arytmii	Posiada	Tak / Nie
Połączeni bezprzewodowe i przewodowe	Posiada możliwość połączenia z pomocą USB i bluetooth	Tak / Nie
Detektor odpięcia elektrod	Posiada	Tak / Nie
Niewielka waga urządzenia	Max 0,2 kg	Tak / Nie
Pamięć ostatniego pomiaru	Posiada	Tak / Nie
Aparat w pełni wyposażony gotowy do pracy	Posiada wszystkie elementy i jest gotowy do pracy	Tak / Nie

E-stetoskop

Przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci	Posiada odpowiednio przystosowana głowicę	Odpowiedź/opis Informacja czy posiada daną wartość / cechę Tak / Nie
Transmisja danych do urządzenia mobilnego przez bluetooth	Posiada	Tak / Nie
Płytwna redukcja szumów	Posiada	Tak / Nie
Gwarancja	Co najmniej 24 miesiące	Tak / Nie
Regulacja dźwięku		Tak / Nie
Czas realizacji	Do 14 dni	Tak / Nie